Protocole II : Maintenance Technique

Equipement **LECTEUR AGFA CR 10(EDIMDISE3--)**

Responsable **(Log) Biomedical**

Utilisez toujours des Gants à usage unique et des lunettes de protection

A Vérification de l'état général

Fréquence Chaque mois
Outils Non
Pièces de rechanges Non
Temps 5 min

1 **Vérifier l'état général de l'appareil**.
Remplacer ou réparer les pièces si elles sont endommagées:

- Le boîtier (réparation).
- Le câble d'alimentation (remplacer).
- Les boutons de commande (remplacer).
- Toutes les connexions externes (vérifier les connecteurs lâchés ou les câbles endommagés, remplacer)....

B Nettoyage de l'unité optique

Frequence Chaque mois
Outils Non
Pièces de rechange Non
Temps 5 minutes

1. Retirer l'unité de cassette:



2. Déplacez le levier de nettoyage de gauche à droite et en arrière



C'est l'emplacement du levier de nettoyage:



3. Reposer l'unité de cassette:



ATTENTION : Les éléments en saillie de l'unité de cassette doivent être positionnés correctement avec le numériseur : si l'unité de cassette est positionnée trop haut, les éléments en saillie sur l'unité de cassette peuvent être endommagés.

C Nettoyage de rouleaux du Numériseur

Fréquence	Chaque Année
Outils	Aspirateur, Alcool Isopropylique
Pièces de rechange	Non
Temps	30 min

ATTENTION : les vis d'ouverture fixées par la laque rouge peuvent désaligner les ajustements importants de l'appareil : **n'ouvrez pas les vis qui sont sécurisées par la laque rouge**.

Nettoyer à l' Alcool Isopropylique les rouleaux du numériseur

D Dépoussiérage de la tour PC

Frequence Chaque année
Outils Aspirateur, tournevis cruciforme
Pièces de rechange Non
Tiemps 15 min

1 Protocole de suppression de poussière

1. Éteignez le PC.
2. Débranchez la tour PC.
3. Retirez le cache de la tour PC.

ATTENTION: Ne jamais faire tourner un ventilateur avec l'aspirateur. Pour éviter tout courant induit (courant inverse), **bloquer le ventilateur** avec un tournevis.

4. Accrochez soigneusement la tour PC.

5. Remettez le couvercle, la fiche et allumez le PC.